

W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”
Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON 280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 ogłasza:

**WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU
na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie –
w podziale na 3 części”
Znak sprawy: 7/ZO/2020**

I Zamawiający Fundacja Albatros, informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XI zapytania ofertowego oznaczonego symbolem: 7/ZO/2020 pn.: „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie – w podziale na 3 części” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

W zakresie części nr 1

SecondMed Janusz Malarkiewicz
ul. Jagiellońska 78A
10-357 Olsztyn
Kryterium nr 1: 70 pkt
Kryterium nr 2: 20 pkt
Łącznie: 90 pkt

W zakresie części nr 2

SecondMed Janusz Malarkiewicz
ul. Jagiellońska 78A
10-357 Olsztyn
Kryterium nr 1: 100 pkt

W zakresie części nr 3

SecondMed Janusz Malarkiewicz
ul. Jagiellońska 78A
10-357 Olsztyn
Kryterium nr 1: 70 pkt
Kryterium nr 2: 10 pkt
Łącznie: 80 pkt

II Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę:

W zakresie części nr 1: **101 000,00 zł**

W zakresie części nr 2: **31 000,00 zł**

W zakresie części nr 3: **86 000,00 zł**

III W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

W zakresie części nr 1:

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Kryterium nr 1: Cena brutto	Kryterium nr 2: Gwarancja
1.	Examion Polska sp. z o.o. ul. Mickiewicza 59 47-253 Cisek	113 041,98 zł	Zaoferowany okres gwarancji: Część nr 1 pkt 1.1. lp. 08: 24 miesiące Część nr 1 pkt 1.1. lit a lp. 09: 60 miesięcy

3.	SecondMed Janusz Malarkiewicz ul. Jagiellońska 78A 10-357 Olsztyn	100 632,89 zł	Zaoferowany okres gwarancji: Część nr 1 pkt 1.1. lp. 08: 37 miesięcy Część nr 1 pkt 1.1. lit a lp. 09: 37 miesięcy
----	---	----------------------	--

W zakresie części nr 2:

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Kryterium nr 1: Cena brutto
1.	Alchem Grupa S.A. ul. Polna 21 87-100 Toruń	32 210,85 zł
3.	SecondMed Janusz Malarkiewicz ul. Jagiellońska 78A 10-357 Olsztyn	30 671,90 zł

W zakresie części nr 3:

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Kryterium nr 1: Cena brutto	Kryterium nr 2: Gwarancja
3.	SecondMed Janusz Malarkiewicz ul. Jagiellońska 78A 10-357 Olsztyn	85 280,96 zł	Zaoferowany okres gwarancji: Część nr 3 pkt 2 lp. 16: 37 miesięcy

IV Ze streszczenia i porównania ofert wynika następujący ranking ofert:

W zakresie części nr 1:

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Kryterium nr 1: Cena brutto	Kryterium nr 2: Gwarancja	Łącznie
3.	SecondMed Janusz Malarkiewicz ul. Jagiellońska 78A 10-357 Olsztyn	70 pkt	20 pkt	90 pkt

W zakresie części nr 2:

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Kryterium nr 1: Cena brutto
2.	Alchem Grupa S.A. ul. Polna 21 87-100 Toruń	95,22 pkt
3.	SecondMed Janusz Malarkiewicz ul. Jagiellońska 78A 10-357 Olsztyn	100 pkt

W zakresie części nr 3:

Nr oferty	Nazwa i siedziba Wykonawcy	Kryterium nr 1: Cena brutto	Kryterium nr 2: Gwarancja	Łącznie
3.	SecondMed Janusz Malarkiewicz ul. Jagiellońska 78A 10-357 Olsztyn	70 pkt	10 pkt	80 pkt

V Odrzucenie oferty

Zamawiający informuje, iż na podstawie pkt 1.3. rozdziału XIII zapytania ofertowego nr 7 odrzucił w zakresie części nr 1 ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Examion Polska sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W załączniku nr 1 tj. opisie przedmiotu zamówienia – który stanowi integralną część oferty Wykonawcy – Wykonawca wykazał, iż zaoferowany przez niego sprzęt nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego tj.

Lampa RTG

Wymagania Zamawiającego

Oferta Wykonawcy

03.	Zakres nie mniej niż 0,4 mAs – 100 mAs +-5%	TAK	Zakres 0,32 mAs – 100 mAs
-----	---	-----	---------------------------

Wykonawca podał dwie wartości (mając obowiązek podać tylko jedną):

15.	Pole światła kolimatora 35 x 35 cm @65 cm SID	TAK	Pole światła kolimatora43...x 43 cm @...75...cm SID / 35x35 @65cm
-----	---	-----	--

Detektor bezpośredni

Wymagania Zamawiającego

Oferta Wykonawcy

12.	Rozmiar piksela nie gorsza niż: 140X140 qm	TAK	Rozmiar piksela, ...139.....qm
-----	--	-----	--------------------------------

Zamawiający Fundacja Albatros odrzucił ofertę nr 1 Wykonawcy Examion Polska sp. z o.o. na podstawie pkt 1.3. rozdziału XIII zapytania ofertowego nr 7 również z uwagi na fakt, iż wskazany Wykonawca złożył ofertę na nieaktualnym druku, przez co Wykonawca nie podał nazw zaoferowanego sprzętu, co było obowiązkiem Wykonawcy.

VI Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego.